



## ROZHODNUTIE

č. UNMS/01272/2024-900/002001/2024 zo dňa 08. 02. 2024

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) a vecne príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe žiadosti o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel – meradiel pretečeného objemu vody s voľnou hladinou a objemových meradiel na lieh (ďalej len „žiadosť o autorizáciu“) doručenej úradu dňa 02. 01. 2024 a na základe preverenia splnenia autorizačných požiadaviek ustanovených v § 33 ods. 1 a 3 zákona o metrológii, podľa § 35 ods. 1 a 2 zákona o metrológii

**autorizuje**

**BFS metrology s.r.o.**

Zvolenská cesta 2412/6, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 55 358 128

(ďalej len „autorizovaná osoba“)

na obdobie piatich rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia na výkon overovania určených meradiel – meradiel pretečeného objemu vody s voľnou hladinou a objemových meradiel na lieh v nasledujúcom rozsahu:

**1. Zodpovedný zástupca autorizovanej osoby:**

Stela Floreková

Dátum narodenia: 05. 02. 1985

**2. Názov a adresa autorizovaného metrologického pracoviska:**

| Číslo pracoviska | Pracovisko                                         | Adresa pracoviska                             | Overovacia značka pracoviska |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1                | BFS metrology s.r.o.<br>pracovisko Banská Bystrica | Majerská cesta 65C,<br>974 01 Banská Bystrica | M08                          |

**3. Príručka kvality** metrologického pracoviska na výkon overovania meradiel pretečeného objemu vody s voľnou hladinou a objemových meradiel na lieh č. PK/BFSm/01 spoločnosti BFS metrology s.r.o., Zvolenská cesta 2412/6, 974 05 Banská Bystrica, vydanie č. 1, dátum vydania: 01. 04. 2023 je záväznou riadiacou dokumentáciou pre prácu autorizovaného metrologického pracoviska.

**4. Autorizovanej osobe sa prideliuje overovacia značka M s evidenčným číslom 08,** na používanie ktorej sa vzťahujú § 13 a § 25 zákona o metrológii a § 7 vyhlášky úradu č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky úradu č. 346/2022 Z. z. (ďalej len „vyhláška o meradlách a metrologickej kontrole“).

## 5. Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie:

| Položka | Druh overovaných určených meradiel<br>(položka prílohy č. 1 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole) | Merací rozsah                                          | Rozšírená neistota $U$ ( $k = 2$ ) | Zavedené metódy                         |                                                                               | Ostatné špecifikácie |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|         |                                                                                                            |                                                        |                                    | Druh                                    | Dokumentácia                                                                  |                      |
| 1       | Meradlo pretečeného objemu vody s voľnou hladinou<br>(pol. 1.3.3)                                          | Prietok v rozsahu rýchlosti prúdenia (0,08 až 2,2) m/s | 2,1 % z hodnoty prietoku           | Nepriame porovnanie rýchlostnou metódou | PP-BFSm-02<br><br>Príloha č. 11 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole | Médium: studená voda |
|         |                                                                                                            | Pretečený objem v rozsahu prietoku (0,5 až 20) L/s     | 1,3 %                              | Priame porovnanie s etalónom prietoku   |                                                                               |                      |
| 2       | Objemové meradlo na lieh<br>(pol. 1.3.9)                                                                   | Pretečený objem v rozsahu prietoku (0,2 až 20) L/min   | 0,07 %                             | Priame porovnanie s etalónom prietoku   | PP-BFSm-01<br><br>Príloha č. 18 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole | Médium: lieh         |

Pri vykonávaní činností podľa tohto rozhodnutia je autorizovaná osoba povinná dodržiavať autorizačné požiadavky, riadiť sa povinnosťami a oprávneniami autorizovanej osoby uvedenými v § 41 zákona o metrológii a ďalšími povinnosťami ustanovenými v zákone o metrológii.

### Odôvodnenie:

Dňa 02. 01. 2024 bola úradu doručená žiadosť o autorizáciu zaevidovaná pod evidenčným číslom 1038/2024. Úrad v zmysle bodu 5.1.2 MP 52: 2019 Metodického postupu č. 52 o autorizácii na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania posúdil úplnosť údajov v žiadosti o autorizáciu a úplnosť sprievodných dokladov.

Následne úrad podľa § 34 ods. 3 zákona o metrológii poveril listom č. UNMS/01272/2024-900/000244/2024 zo dňa 04. 01. 2024 Slovenský metrologický ústav (ďalej len „SMÚ“) vykonaním kontroly splnenia autorizačných požiadaviek a zároveň listom č. UNMS/01272/2024-900/000243/2024 zo dňa 04. 01. 2024 upovedomil autorizovanú osobu o začatí správneho konania vo veci žiadosti o autorizáciu.

Dňa 19. 01. 2024 bola vykonaná kontrola splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u autorizovanej osoby (ďalej len „kontrola“). Na záver kontroly bola vyhotovená Správa o výsledku kontroly (k žiadosti o autorizáciu) č. 077/300/141/24/AT zo dňa 19. 01. 2024 (ďalej len „správa“), ktorá bola prerokovaná so zástupcom autorizovanej osoby. V správe sa uvádza, že na základe kontroly autorizačných požiadaviek bude podľa § 34 ods. 7 zákona o metrológii vyhotovený záznam o výsledku kontroly splnenia autorizačných požiadaviek, nakoľko pri kontrole neboli zistené nedostatky v plnení autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 a 3 zákona o metrológii.

Dňa 02. 02. 2024 bol úradu od SMÚ doručený Záznam o výsledku kontroly (k žiadosti o autorizáciu) č. 077/300/141/24/AT zo dňa 01. 02. 2024 (ďalej len „záznam“), ktorý bol zaevidovaný pod evidenčným číslom UNMS/01272/2024-900/001977/2024. Zo záznamu vyplýva, že počas posudzovania neboli zistené nedostatky v plnení preverovaných autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 a 3 zákona o metrológii.

Podľa § 34 ods. 3 zákona o metrológii úrad môže poveriť ústav výkonom kontroly splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu, ak žiadateľ o autorizáciu nemá v čase podania žiadosti o autorizáciu akreditáciu podľa osobitného predpisu a predloží vypracovanú dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie všetkých autorizačných požiadaviek v oblasti a rozsahu podanej žiadosti o autorizáciu. Výkonu kontroly podľa prvej vety sa zúčastňuje zamestnanec úradu.

Podľa § 34 ods. 6 zákona o metrológii kontrolou splnenia autorizačných požiadaviek podľa § 34 ods. 3 je posúdenie žiadosti žiadateľa o autorizáciu úradom a kontrola všetkých autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu na jeho náklady. Súčasťou kontroly na mieste u žiadateľa o autorizáciu je overenie určeného meradla alebo vykonanie konkrétneho merania žiadateľom o autorizáciu.

Podľa § 34 ods. 7 zákona o metrológii výsledkom kontroly na mieste je správa o výsledku kontroly, v ktorej sa určí, či sa vyhotoví záznam o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa každú autorizačnú požiadavku, alebo protokol o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu nespĺňa autorizačné požiadavky alebo ak boli počas kontroly zistené formálne nedostatky. Správa o výsledku kontroly sa na mieste prerokuje so žiadateľom o autorizáciu a rovnopis sa odovzdá žiadateľovi o autorizáciu.

Podľa § 34 ods. 8 zákona o metrológii kontrola je ukončená záznamom o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa každú autorizačnú požiadavku, protokolom o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu nespĺňa autorizačné požiadavky, alebo zápisom o preskúmaní odstránenia formálnych nedostatkov.

Podľa § 35 ods. 1 zákona o metrológii úrad rozhodne o autorizácii v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti o autorizáciu.

Podľa § 35 ods. 2 zákona o metrológii úrad vydá rozhodnutie o autorizácii, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa autorizačné požiadavky podľa § 33 zákona o metrológii.

Úrad sa podrobne zaoberal žiadosťou o autorizáciu a dokumentmi súvisiacimi so žiadosťou o autorizáciu, preveril splnenie autorizačných požiadaviek a na základe uvedených skutočností a listinných dôkazov po skutkovom a právnom posúdení veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

#### **Poučenie:**

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O. BOX 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Pavol Pavlis  
predseda úradu  
(tento dokument bol podpísaný elektronicky)